



Ata de Processo Fracassado
Secretaria Municipal de Compras e Licitações de Porto Nacional
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO NACIONAL
Dispensa Eletrônica - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 FMS

Datas Relevantes

Publicado	Início das Propostas	Final das Propostas
05/12/2023 16:44	12/12/2023 09:00	12/12/2023 16:00

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001	0001	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: ISENTO DE ÓLEO, PARA USO CLÍNICO, LABORATORIAL E COMERCIAL, ADEQUADO PARA CONSULTÓRIOS. ESPECIFICAÇÕES: DESIGN MODERNO E COMPACTO; FÁCIL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO; ISENTO DE EMISSÃO DE FUMAÇA, VAPORES OU ODORES DESAGRADÁVEIS; QUE TENHA FILTRO DE SAÍDA DE AR, MOTOR DE 2 PISTÕES E 4 SISTEMAS DE SEGURANÇA; COM PROTETOR CONTRA SOBREAQUECIMENTO; RESERVATÓRIO DE AR COM PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA QUE AUMENTA A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E IMPEDE A CONTAMINAÇÃO, E QUE SEJA DE FÁCIL MANUSEIO; DRENO DE ALTA EFICIÊNCIA LOCALIZADO NA PARTE INFERIOR DO RESERVATÓRIO; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO ENTRE 30 A 50 LITROS; PRESSÃO MÍNIMA 5-8 BAR E MÁXIMA DE 70-118 PSI; NÍVEL DE RUÍDO DE ATÉ 70 DB (A); VOLTAGEM: 220; POTÊNCIA DE 2 HP/ 2 PISTÕES; 1 ANO DE GARANTIA; PRODUTO REGULAMENTADO PELOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO (ANVISA/INMETRO).	2.906,80	7	UN	Fracassado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			20.347,60				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
05/12/2023	02.3 EDITAL PUBLICAR DISPENSA Nº 020.2023 -COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS.pdf
10/01/2024	Oficio Compressores odontologicos.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de contratação

Data	Assunto	Frase
12/12/2023 - 17:13:09	Documentos solicitados para o processo DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 FMS	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/12/2023 - 08:29:19	Envio de Propostas Readequadas DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 FMS	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo operador de compra direta para 27/12/2023 às 10:30.
27/12/2023 - 11:17:08	Envio de Propostas Readequadas DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 FMS	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo operador de compra direta para 27/12/2023 às 14:00.





28/12/2023 - 08:48:22	Envio de Propostas Readequadas DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 FMS	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo operador de compra direta para 28/12/2023 às 11:00.
29/12/2023 - 08:54:51	Documentos solicitados para o processo DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 FMS	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/01/2024 - 11:57:37	Documentos solicitados para o processo DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 FMS	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/01/2024 - 11:58:07	Envio de Propostas Readequadas DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 FMS	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo operador de compra direta para 11/01/2024 às 12:00.
11/01/2024 - 16:33:52	Envio de Propostas Readequadas DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 FMS	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo operador de compra direta para 12/01/2024 às 12:00.
12/01/2024 - 08:50:20	Documentos solicitados para o processo DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 FMS	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2024 - 08:50:36	Envio de Propostas Readequadas DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 FMS	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo operador de compra direta para 12/01/2024 às 14:00.
12/01/2024 - 17:58:31	Documentos solicitados para o processo DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 FMS	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/01/2024 - 15:26:23	Documentos solicitados para o processo DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 FMS	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/01/2024 - 16:11:09	Documentos solicitados para o processo DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 FMS	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/01/2024 - 10:49:09	Documentos solicitados para o processo DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 FMS	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Compressor Odontológico: isento de óleo, para uso clínico, laboratorial e comercial. Adequado para consultórios.

Especificações:

Design moderno e compacto;

Fácil operação e manutenção;

Isento de emissão de fumaça, vapores ou odores desagradáveis;

Que tenha filtro de saída de ar, motor de 2 pistões e 4 sistemas de segurança;

Com Protetor contra sobreaquecimento;

Reservatório de ar com pintura interna anticorrosiva que aumenta a vida útil do equipamento e impede a contaminação, e que seja de fácil manuseio;

Dreno de alta eficiência localizado na parte inferior do reservatório;

Capacidade do reservatório entre 30 a 50 litros;

Pressão mínima 5~8 bar e Máxima de 70~118 psi;

Nível de ruído de até 70 dB (A);

Voltagem: 220;

Potência de 2 hp/ 2 pistões;

1 ano de garantia;

Produto regulamentado pelos órgãos de fiscalização (ANVISA/INMETRO).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803	28.030.197/0001-20	07/12/2023 - 10:44:51	Motocompressor Prático CSI 8,6/50 2Hp Mo	Schulz	5.000,00	R\$ 35.000,00
PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA	02.648.280/0001-74	08/12/2023 - 14:55:06	Motocompressor	Mootomil	2.900,00	R\$ 20.300,00
K2MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	40.021.346/0001-90	08/12/2023 - 16:36:29	50L	MOTOMIL	2.900,00	R\$ 20.300,00
SC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICO ODONTOLOGICO ME	17.116.852/0001-41	11/12/2023 - 14:55:49	CPSD7040	TEKNA	2.857,00	R\$ 19.999,00





Comercial Vanguardiera Eireli ME	10.942.831/0001-36	11/12/2023 - 16:51:19	cmo8/50	motomil	8.419,95	R\$ 58.939,65
APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.558.660/0001-04	11/12/2023 - 17:11:46	schuster	schuster	13.487,98	R\$ 94.415,86
SETE DISTRIBUIDORA LTDA	45.591.859/0001-50	11/12/2023 - 18:21:32	CMO-8/50BR	MOTOMIL	4.900,00	R\$ 34.300,00
Betaniamed Comercial Ltda	09.560.267/0001-08	11/12/2023 - 19:25:52	prime air 50	DENTEMED/DENTEMED EQUIP.ODONTOLOGICOS	4.800,00	R\$ 33.600,00
FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA	45.725.803/0001-41	11/12/2023 - 22:13:13	CPSD7040	TEKNA	1.980,00	R\$ 13.860,00

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Betaniamed Comercial Ltda	09.560.267/0001-08	060 dias
Comercial Vanguardiera Eireli ME	10.942.831/0001-36	60 dias
PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA	02.648.280/0001-74	90 dias
SC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICO ODONTOLOGICO ME	17.116.852/0001-41	60 dias
APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.558.660/0001-04	90 dias
K2MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	40.021.346/0001-90	60 dias
OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803	28.030.197/0001-20	60 dias
SETE DISTRIBUIDORA LTDA	45.591.859/0001-50	60 dias
FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA	45.725.803/0001-41	60 dias

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
27/12/2023 - 08:25:21	SC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICO ODONTOLOGICO ME	17.116.852/0001-41	Abrangendo todo o processo
O catálogo do arrematante não atendeu as especificações técnicas do Termo de Referência que especifica que a potência do compressor odontológico deverá ser de 2 hp.			
27/12/2023 - 11:12:40	FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA	45.725.803/0001-41	Abrangendo todo o processo
O catálogo do arrematante não atendeu as especificações técnicas do Termo de Referência que especifica que a potência do motor do compressor odontológico deverá ser de 2 hp.			
28/12/2023 - 08:45:26	K2MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	40.021.346/0001-90	Abrangendo todo o processo
O catálogo do arrematante não atendeu as especificações técnicas do Termo de Referência que especifica que o nível de ruído do motor do compressor odontológico deverá ser de até 70 db (A).			
29/12/2023 - 08:33:34	PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA	02.648.280/0001-74	Abrangendo todo o processo
O catálogo do arrematante não atendeu as especificações técnicas do Termo de Referência que especifica que o nível de ruído do motor do compressor odontológico deverá ser de até 70 db (A).			
12/01/2024 - 17:57:32	Betaniamed Comercial Ltda	09.560.267/0001-08	Abrangendo todo o processo
A proposta está acima do valor estimado no Termo de Referência e a empresa não manifestou interesse em negociar o valor.			
16/01/2024 - 15:22:04	OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803	28.030.197/0001-20	Abrangendo todo o processo
O fornecedor apresentou catálogo do produto divergente do apresentado na proposta inicial.			
17/01/2024 - 16:09:29	SETE DISTRIBUIDORA LTDA	45.591.859/0001-50	Abrangendo todo o processo
O catálogo do arrematante não atendeu as especificações técnicas do Termo de Referência que especifica que o nível de ruído do motor do compressor odontológico deverá ser de até 70 db (A).			
18/01/2024 - 10:47:50	Comercial Vanguardiera Eireli ME	10.942.831/0001-36	Abrangendo todo o processo
O catálogo do arrematante não atendeu as especificações técnicas do Termo de Referência que especifica que o nível de ruído do motor do compressor odontológico deverá ser de até 70 db (A).			
19/01/2024 - 15:17:04	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.558.660/0001-04	Abrangendo todo o processo

A empresa não enviou o catálogo do compressor odontológico, dentro do prazo estipulado.





Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Chat

Data	Apelido	Frase
12/12/2023 - 09:02:46	Operador de Compra Direta	Bom dia Senhores Licitantes. Em nome da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, declaro aberta a sessão pública referente a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 FMS, e desde já agradeço a todos pela participação.
12/12/2023 - 09:03:03	Operador de Compra Direta	A etapa de lances estará aberta até às 16:00, após esse horário e declarado o vencedor, será solicitado o documento APENAS do vencedor.
12/12/2023 - 09:03:27	Operador de Compra Direta	Gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, pois terão de HONRAR SEUS COMPROMISSOS durante a futura contratação.
12/12/2023 - 09:03:33	Operador de Compra Direta	Eu, Medson Dewictor Raphael Turibio Aguiar Silva, Agente de Contratação, faço desde já esses avisos preliminares necessários e que deverão ser lidos e cumpridos com atenção, e declaro a sessão de lances aberta.
12/12/2023 - 09:03:54	Sistema	O processo foi aberto
12/12/2023 - 09:03:54	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
12/12/2023 - 09:04:23	Operador de Compra Direta	Declaro a sessão de lances aberta.
12/12/2023 - 16:00:01	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
12/12/2023 - 16:20:32	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante SC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICO ODONTOLOGICO ME - ME com lance de R\$ 13.859,00.
12/12/2023 - 17:13:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 19:20 do dia 12/12/2023.
12/12/2023 - 17:13:09	Sistema	Motivo: Favor encaminhar documentação conforme item 6.1.1 "Declarada a empresa vencedora ao final da fase de lances, o licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar a documentação de habilitação e a proposta de preços realinhada de forma digitalizada no prazo de até 2 (duas) horas, contados a partir da declaração de vencedor, no campo adequado para tal, disponível no site www.portaldecompraspublicas.com.br , contendo os valores (unitários e totais), descrição contendo especificação detalhada, unidade de fornecimento, e o valor deverá ser igual ou menor ao lance vencedor, sendo que os documentos de habilitação deverão atender ao disposto no item 7 a 9, deste edital.
12/12/2023 - 17:19:10	Operador de Compra Direta	Senhores participantes, informo que encerrado o prazo para envio de documentação a sessão será suspensa e retornará dia 13/12/2023 às 08:30.
12/12/2023 - 17:59:19	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
13/12/2023 - 08:48:12	Operador de Compra Direta	Declaro a sessão reaberta.
13/12/2023 - 12:02:09	Operador de Compra Direta	Comunicamos que o catálogo do arrematante do presente processo de dispensa foi encaminhado para análise técnica.
27/12/2023 - 08:25:21	Sistema	O fornecedor SC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICO ODONTOLOGICO ME foi desclassificado no processo.
27/12/2023 - 08:25:21	Sistema	Motivo: O catálogo do arrematante não atendeu as especificações técnicas do Termo de Referência que especifica que a potência do compressor odontológico deverá ser de 2 hp.
27/12/2023 - 08:25:21	Sistema	O fornecedor SC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICO ODONTOLOGICO ME foi desclassificado para o lote 0001 pelo operador de compra direta.
27/12/2023 - 08:25:21	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA com lance de R\$ 13.860,00.
27/12/2023 - 08:29:19	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo operador de compra direta para 27/12/2023 às 10:30.
27/12/2023 - 08:49:41	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
27/12/2023 - 11:11:54	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi rejeitada pelo Operador de Compra Direta.
27/12/2023 - 11:11:54	Sistema	Motivo: O catálogo do arrematante não atendeu as especificações técnicas do Termo de Referência que especifica que a potência do motor do compressor odontológico deverá ser de 2 hp.
27/12/2023 - 11:12:40	Sistema	O fornecedor FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA foi desclassificado no processo.
27/12/2023 - 11:12:40	Sistema	Motivo: O catálogo do arrematante não atendeu as especificações técnicas do Termo de Referência que especifica que a potência do motor do compressor odontológico deverá ser de 2 hp.
27/12/2023 - 11:12:40	Sistema	O fornecedor FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo operador de compra direta.
27/12/2023 - 11:12:40	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante K2MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 18.886,00.
27/12/2023 - 11:17:08	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo operador de compra direta para 27/12/2023 às 14:00.
27/12/2023 - 13:38:25	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
28/12/2023 - 08:44:53	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi rejeitada pelo Operador de Compra Direta.
28/12/2023 - 08:44:53	Sistema	Motivo: O catálogo do arrematante não atendeu as especificações técnicas do Termo de Referência que especifica que o nível de ruído do motor do compressor odontológico deverá ser de até 70 db (A).
28/12/2023 - 08:45:25	Sistema	O fornecedor K2MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado no processo.
28/12/2023 - 08:45:25	Sistema	Motivo: O catálogo do arrematante não atendeu as especificações técnicas do Termo de Referência que especifica que o nível de ruído do motor do compressor odontológico deverá ser de até 70 db (A).
28/12/2023 - 08:45:25	Sistema	O fornecedor K2MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo operador de compra direta.





28/12/2023 - 08:45:26	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA com lance de R\$ 20.300,00.
28/12/2023 - 08:48:22	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo operador de compra direta para 28/12/2023 às 11:00.
28/12/2023 - 10:45:58	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
29/12/2023 - 08:32:29	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi rejeitada pelo Operador de Compra Direta.
29/12/2023 - 08:32:29	Sistema	Motivo: O catálogo do arrematante não atendeu as especificações técnicas do Termo de Referência que especifica que o nível de ruído do motor do compressor odontológico deverá ser de até 70 db (A).
29/12/2023 - 08:33:34	Sistema	O fornecedor PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA foi desclassificado no processo.
29/12/2023 - 08:33:34	Sistema	Motivo: O catálogo do arrematante não atendeu as especificações técnicas do Termo de Referência que especifica que o nível de ruído do motor do compressor odontológico deverá ser de até 70 db (A).
29/12/2023 - 08:33:34	Sistema	O fornecedor PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo operador de compra direta.
29/12/2023 - 08:33:34	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante Betaniamed Comercial Ltda com lance de R\$ 21.000,00.
29/12/2023 - 08:54:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 29/12/2023.
29/12/2023 - 08:54:53	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio do catálogo do produto para verificarmos se o mesmo atende as especificações técnicas do Termo de Referência, caso sim posteriormente solicitaremos o envio de proposta readequada que deverá ser dentro do limite estipulado no Termo de Referência que é de 20.347,65 (vinte mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).
29/12/2023 - 09:07:52	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
29/12/2023 - 11:03:34	Operador de Compra Direta	Comunicamos que o catálogo do arrematante do presente processo de dispensa foi encaminhado para análise técnica.
10/01/2024 - 11:48:45	Sistema	O Operador de Compra Direta adicionou o arquivo (Oficio Compressores odontologicos.pdf) em 10/01/2024 às 11:48.
10/01/2024 - 11:57:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 11/01/2024.
10/01/2024 - 11:57:40	Sistema	Motivo: Considerando que a empresa apresentou compressor odontológico que atende às características descritas no Termo de Referência, solicitamos o envio da proposta realinhada dentro do limite estabelecido no Termo de Referência, bem como os documentos de habilitação.
10/01/2024 - 11:58:07	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo operador de compra direta para 11/01/2024 às 12:00.
11/01/2024 - 16:33:52	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo operador de compra direta para 12/01/2024 às 12:00.
11/01/2024 - 17:13:00	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
12/01/2024 - 08:44:38	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi rejeitada pelo Operador de Compra Direta.
12/01/2024 - 08:44:38	Sistema	Motivo: A proposta apresentada está com valor acima do estimado no Termo de Referência que é de 20.347,65 (vinte mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).
12/01/2024 - 08:50:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 12/01/2024.
12/01/2024 - 08:50:22	Sistema	Motivo: Solicitaremos o envio de proposta readequada que deverá ser dentro do limite estipulado no Termo de Referência que é de 20.347,65 (vinte mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). Solicitamos também o envio de todos os documentos de habilitação conforme item 13 do Termo de Referência. O não envio dentro do prazo acarretará a desclassificação da empresa.
12/01/2024 - 08:50:36	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo operador de compra direta para 12/01/2024 às 14:00.
12/01/2024 - 17:57:32	Sistema	O fornecedor Betaniamed Comercial Ltda foi desclassificado no processo.
12/01/2024 - 17:57:32	Sistema	Motivo: A proposta está acima do valor estimado no Termo de Referência e a empresa não manifestou interesse em negociar o valor.
12/01/2024 - 17:57:32	Sistema	O fornecedor Betaniamed Comercial Ltda foi desclassificado para o lote 0001 pelo operador de compra direta.
12/01/2024 - 17:57:32	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803 com lance de R\$ 27.000,00.
12/01/2024 - 17:58:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 16/01/2024.
12/01/2024 - 17:58:31	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio do catálogo do produto para verificarmos se o mesmo atende as especificações técnicas do Termo de Referência, caso sim posteriormente solicitaremos o envio de proposta readequada que deverá ser dentro do limite estipulado no Termo de Referência que é de 20.347,65 (vinte mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).
16/01/2024 - 10:57:59	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
16/01/2024 - 15:22:04	Sistema	O fornecedor OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803 foi desclassificado no processo.
16/01/2024 - 15:22:04	Sistema	Motivo: O fornecedor apresentou catálogo do produto divergente do apresentado na proposta inicial.
16/01/2024 - 15:22:04	Sistema	O fornecedor OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803 foi desclassificado para o lote 0001 pelo operador de compra direta.
16/01/2024 - 15:22:04	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante SETE DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R\$ 30.999,99.
16/01/2024 - 15:26:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 17/01/2024.
16/01/2024 - 15:26:24	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio do catálogo do produto para verificarmos se o mesmo atende as especificações técnicas do Termo de Referência, caso sim posteriormente solicitaremos o envio de proposta readequada que deverá ser dentro do limite estipulado no Termo de Referência que é de 20.347,65 (vinte mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).
17/01/2024 - 11:35:51	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
17/01/2024 - 16:09:29	Sistema	O fornecedor SETE DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado no processo.
17/01/2024 - 16:09:29	Sistema	Motivo: O catálogo do arrematante não atendeu as especificações técnicas do Termo de Referência que especifica que o nível de ruído do motor do compressor odontológico deverá ser de até 70 db (A).





17/01/2024 - 16:09:29	Sistema	O fornecedor SETE DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo operador de compra direta.
17/01/2024 - 16:09:29	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante Comercial Vanguardiera Eireli ME com lance de R\$ 58.939,65.
17/01/2024 - 16:11:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 18/01/2024.
17/01/2024 - 16:11:10	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio do catálogo do produto para verificarmos se o mesmo atende as especificações técnicas do Termo de Referência, caso sim posteriormente solicitaremos o envio de proposta readequada que deverá ser dentro do limite estipulado no Termo de Referência que é de 20.347,65 (vinte mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).
17/01/2024 - 16:22:46	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
17/01/2024 - 16:35:58	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
18/01/2024 - 10:38:26	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.
18/01/2024 - 10:38:26	Sistema	Motivo: A empresa atendeu ao solicitado.
18/01/2024 - 10:47:50	Sistema	O fornecedor Comercial Vanguardiera Eireli ME foi desclassificado no processo.
18/01/2024 - 10:47:50	Sistema	Motivo: O catálogo do arrematante não atendeu as especificações técnicas do Termo de Referência que especifica que o nível de ruído do motor do compressor odontológico deverá ser de até 70 db (A).
18/01/2024 - 10:47:50	Sistema	O fornecedor Comercial Vanguardiera Eireli ME foi desclassificado para o lote 0001 pelo operador de compra direta.
18/01/2024 - 10:47:50	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 70.811,90.
18/01/2024 - 10:49:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 19/01/2024.
18/01/2024 - 10:49:10	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio do catálogo do produto para verificarmos se o mesmo atende as especificações técnicas do Termo de Referência, caso sim posteriormente solicitaremos o envio de proposta readequada que deverá ser dentro do limite estipulado no Termo de Referência que é de 20.347,65 (vinte mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).
19/01/2024 - 15:17:04	Sistema	O fornecedor APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado no processo.
19/01/2024 - 15:17:04	Sistema	Motivo: A empresa não enviou o catálogo do compressor odontológico, dentro do prazo estipulado.
19/01/2024 - 15:17:04	Sistema	O fornecedor APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo operador de compra direta e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
19/01/2024 - 15:17:31	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

MEDSON DEWICTOR RAPHAEL TURIBIO AGUIAR
Assinado de forma digital por MEDSON DEWICTOR RAPHAEL TURIBIO AGUIAR
SILVA:04815038112 SILVA:04815038112

MEDSON DEWICTOR RAPHAEL TURIBIO AGUIAR SILVA

Agente de contratação

SUELI ALVES DA SILVA
Assinado de forma digital por SUELI ALVES DA SILVA
FONSECA:03178189106 FONSECA:03178189106

SUELI ALVES DA SILVA FONSECA

Apoio

